

Calcimètre de Bernard

Norme : **NF P 18-508**




Description

Appareil de détermination du taux de carbonate dans un échantillon de sol ou de roche représentant la teneur en calcaire.

L'introduction d'acide chlorhydrique provoque la transformation du CaCO_3 en gaz carbonique dont on mesure la quantité par différence de pression.

Appareil comprenant un bâti à colonnes, erlenmeyer 250ml, ampoule, tubulure graduée 100cm³, tuyaux caoutchouc.



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

www.igm.fr