

**SOLS**

**I03 350**

# Appareillage de sédimentométrie

**Norme : NF EN ISO 17892-4**

## Description

Eprouvette normalisée  $\Phi 85 \pm 5$  mm  
Densimètre torpille 0,995 - 1,035,  
Agitateur manuel 600 mm  
Thermomètre verre  $-10^{\circ}$  à  $+50^{\circ}\text{C}$  /  $0,5^{\circ}\text{C}$ ,  
Hexamétaphosphate de sodium 1 kg,  
Mixeur électrique haute vitesse 12000t/mn-220V-50Hz

## Accessoires :

I03 350 15 Appareil anti-remous



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,  
78114 Magny les Hameaux

[www.igm.fr](http://www.igm.fr)