

## CIMENTS

Mesure de la densité  
apparente des ciments



**106 215**

# Entonnoir à tamis et filtres

**Norme : NF EN 196-6**

## Description

Conforme aux spécifications de la "commission des méthodes d'essai de matériaux de construction"

Composé de :

Un tamis en forme d'entonnoir avec trépied

Une mesure de 1L de capacité

Une spatule

Un racloir

Dimensions : 350 x 350 x 520 mm

Poids : 3 kg



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,  
78114 Magny les Hameaux

[www.igm.fr](http://www.igm.fr)