SOLS

I07 100

Essai de gonflement au gel

Norme : NF P 98-234-2

Description

Appareillage spécifique d'essai de gonflement au gel des sols et matériaux comprenant :

- 1 cuve d'essai contenant un bain thermostaté à +2°C permettant de réaliser simultanément 2 mesures de gonflement.
- Pistons

- Unités de congélation constituées d'une double paroi ou est réalisé le vide
- Dispositif de vide régulé
- Dispositif de réfrigération des pistons à -5.7°C
- Dispositif de mesure de la consommation d'eau
- 1 moule (2 1/2 coquilles) de compactage pour matériaux traités avec rehausse
- 1 moule (4 1/4 coquilles) de compactage pour matériaux non-traités avec rehausse
- Tas de compactage
- Comparateurs pour mesure de gonflement
- Sondes de températures pour éprouvette
- Equipement divers (raccords, tuyaux...)

Acquisition numérique du gonflement (à commander séparément)

ATTENTION : PC non fourni

+33 1 30 47 10 65
contact@igm.fr
4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux
www.igm.fr