

BÉTON

Mesure de la dureté d'un
matériau

I08 010

Scléromètre type N

Norme : **EN 12504-2 et ASTM C805**

Description

Mesure du rebond 2,2 Nm

Courbe de correspondance avec la résistance de 10 à
70MPa

Dimensions : 325 x 185 x 70 mm

Ø60mm x 200 mm

Poids : 600 g

Poids : 1,5 kg



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

www.igm.fr