

BÉTON

Permet d'évaluer l'aptitude à l'écoulement du béton auto-plaçant


I07 360

Essai à la boîte en L

Norme : **NF EN 12350-10**

Composé de :

- Un bac en inox rectangulaire
- Un entonnoir rigide
- Une entrée guillotine
- Un niveau à bulle
- Deux repères : 200 mm et 400 mm
- Deux grilles fournies : 3 barres 12 x 41 mm et 2 barres 12 x 59 mm



+33 1 30 47 10 65



contact@igm.fr



4 Rue Pablo Picasso,
78114 Magny les Hameaux

www.igm.fr